



INSTRUÇÕES DE COLETA

COLETA DE URINA DE 24 HORAS

1. Ao levantar pela manhã, o cliente deverá desprezar toda a urina contida na bexiga e anotar o horário.
2. A partir desse momento, toda vez que urinar, durante o resto do dia e também à noite, deve-se recolher integralmente a urina de cada micção, colocando-a no mesmo frasco de coleta. Este deve ser bem fechado e guardado em refrigerador, entre as micções.
3. Armazene toda a urina colhida em recipiente descartável ou garrafas vazias de água mineral. Não usar outra embalagem.
4. Se a quantidade de urina for maior do que o frasco comporta, use frascos adicionais (quantos forem necessários), para conter todo o volume de 24 horas.
5. Na manhã seguinte, deve-se coletar toda a urina contida na bexiga e encerrar a coleta no horário correspondente ao horário que desprezou a 1º micção da véspera.
6. Durante as 24 horas de coleta, a ingestão de líquidos deve ser a habitual.
7. Todo o volume urinário coletado nas 24 horas deverá ser encaminhado ao laboratório logo após ser retirado do refrigerador.

FO -032



INSTRUÇÕES DE COLETA

COLETA DE URINA DE 24 HORAS

1. Ao levantar pela manhã, o cliente deverá desprezar toda a urina contida na bexiga e anotar o horário.
2. A partir desse momento, toda vez que urinar, durante o resto do dia e também à noite, deve-se recolher integralmente a urina de cada micção, colocando-a no mesmo frasco de coleta. Este deve ser bem fechado e guardado em refrigerador, entre as micções.
3. Armazene toda a urina colhida em recipiente descartável ou garrafas vazias de água mineral. Não usar outra embalagem.
4. Se a quantidade de urina for maior do que o frasco comporta, use frascos adicionais (quantos forem necessários), para conter todo o volume de 24 horas.
5. Na manhã seguinte, deve-se coletar toda a urina contida na bexiga e encerrar a coleta no horário correspondente ao horário que desprezou a 1º micção da véspera.
6. Durante as 24 horas de coleta, a ingestão de líquidos deve ser a habitual.
7. Todo o volume urinário coletado nas 24 horas deverá ser encaminhado ao laboratório logo após ser retirado do refrigerador.

FO -032